

Section 1 – Identification du produit et du fabricant**1.1 Informations concernant le fabricant**

Quidel Corporation	Téléphone :	+1.800.874.1517	Site Internet :	quidel.com
2005 East State Street, Suite 100	Fax :	+1.740.592.9820	E-mail :	gehs@quidel.com
Athens, OH 45701, États-Unis	N° d'urgence (24 h/24) :	+1.866.519.4752		

1.2 Informations sur le produit

Nom du produit : Les contrôles MicroVue CIC-C1q (Référence catalogue : A013)

Utilisation prévue : Les contrôles CIC-C1q sont destinés à être utilisés comme contrôles dans le dosage immunoenzymatique MicroVue CIC EIA. Ce dosage est destiné à détecter et quantifier les complexes immuns circulants dans le sérum ou le plasma humain.

Composants : Contrôle basse concentration de CIC-C1q et contrôle haute concentration de CIC-C1q : flacons de 0,1 ml (généralement congelés)

Section 2 – Identification des dangers

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange** Pas de substance ou mélange dangereux.
- 2.2 Éléments d'étiquetage SGH, y compris conseils de prudence** Se laver soigneusement les mains après avoir manipulé les composants de ce kit.
- 2.3 Dangers sans autre classification (HNOC) ou non couverts par le SGH**
- Les contrôles CIC-C1q contiennent une matière d'origine humaine et/ou animale et doivent être considérés comme potentiellement infectieux. Des précautions universelles doivent être prises lors de l'utilisation de ce produit.
 - Le thimérosal est utilisé comme conservateur dans les contrôles CIC-C1q (< 0,02 %). Éviter de jeter ce produit dans les sanitaires ou dans des systèmes de plomberie industriels. Le thimérosal est utilisé comme conservateur. Tout(e) contact ou ingestion accidentel(le) de solutions contenant du thimérosal peut entraîner des réactions d'hypersensibilité accrues, y compris une irritation de la peau, des yeux ou de la bouche. Consulter un médecin en cas de symptômes. L'exposition au thimérosal peut avoir des effets mutagènes potentiels. Se laver soigneusement les mains après avoir manipulé ces contrôles.

Section 3 – Composition / informations sur les composants**3.1 Mélanges**

Contrôle basse concentration de CIC-C1q Contient des quantités non dangereuses d'ingrédients exclusifs selon l'OSHA (29 CFR 1910.1200). Ne constitue pas un mélange dangereux selon le règlement (CE) n° 1272/2008.

Contrôle haute concentration de CIC-C1q Contient des quantités non dangereuses d'ingrédients exclusifs selon l'OSHA (29 CFR 1910.1200). Ne constitue pas un mélange dangereux selon le règlement (CE) n° 1272/2008.

- 3.2** Il n'est pas nécessaire de communiquer les produits chimiques conformément aux réglementations applicables aux composants de ce kit.

Section 4 – Premiers soins**4.1 Description des premiers soins**

En cas d'inhalation : Transporter la personne à l'extérieur et l'aider à respirer, si nécessaire.

En cas de contact avec la peau : Laver la zone touchée au savon et à l'eau. Consulter un médecin en cas d'irritation.

Section 4 – Premiers soins (suite)

En cas de contact avec les yeux : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement retirées. Continuer à rincer. Consulter un médecin en cas d'irritation oculaire persistante.

En cas d'ingestion : Ne jamais administrer quoique ce soit par voie orale à une personne inconsciente. Rincer la bouche à l'eau (ne pas avaler). Consulter un médecin en cas d'irritation.

4.2 Principaux symptômes et effets (aigus et différés)

À notre connaissance, les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques n'ont pas fait l'objet d'un examen approfondi.

4.3 Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial requis

Aucune mesure spécifique identifiée.

Section 5 – Mesures de lutte contre l'incendie

Seules des personnes correctement formées et ayant reçu un équipement de protection individuelle adéquat doivent intervenir et essayer d'éteindre un incendie.

5.1 Moyens d'extinction adaptés

Pour les petits incendies, utiliser de la poudre extinctrice, de la neige carbonique ou de la mousse résistant aux alcools.

5.2 Dangers particuliers découlant de la substance ou du mélange

Nature des produits de décomposition inconnue.

5.3 Risques généraux d'incendie

Les composants du kit ne contribueront guère à alimenter un feu.

5.4 Équipement de lutte contre l'incendie

Les pompiers doivent porter un équipement de protection complet pour les interventions en cas d'incendie.

Section 6 – Mesures à prendre en cas de rejet accidentel

Seules des personnes correctement formées et ayant reçu un équipement de protection individuelle adéquat doivent intervenir et essayer de nettoyer un déversement ou un rejet. Un déversement important des composants contenus dans ce kit est peu probable.

6.1 Précautions individuelles

Utiliser un équipement de protection individuelle, y compris des gants de protection et des lunettes de sécurité, lors du nettoyage de déversements de petite envergure des solutions, contrôles ou réactifs contenus dans ce kit. Éviter de respirer les vapeurs, brouillards ou gaz. Assurer une ventilation adéquate. Tenir tout le personnel non nécessaire à l'écart de la zone où déversement s'est produit.

6.2 Méthodes et matériel de nettoyage

Essuyer avec un matériau absorbant inerte (p. ex. essuie-tout, etc.). Laver abondamment la zone avec de l'eau et du savon après avoir nettoyé le déversement ou le rejet.

6.3 Récupération et neutralisation

Récupérer les matières déversées et le matériel de nettoyage et les placer dans un récipient scellé en vue de leur élimination. Voir la section 13 pour des conseils concernant l'élimination.

6.4 Précautions pour la protection de l'environnement

Confiner le déversement pour éviter son écoulement dans les canalisations, les égouts ou les sources d'eau ouvertes. Il convient d'éviter tout rejet dans l'environnement.

Section 7 – Manipulation et stockage

- 7.1 Utilisation spécifique** Se reporter à la notice spécifique au produit.
- 7.2 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
 Comme pour toutes les substances chimiques et biologiques, éviter tout CONTACT avec les composants du kit ou INGESTION. Laver soigneusement les zones exposées après utilisation du kit. Ne pas manger ou boire durant l'utilisation du kit. Ce kit doit être manipulé exclusivement par un personnel clinique ou des laborantins qualifiés et formés à son utilisation et informés des risques qu'elle comporte. Les précautions universelles doivent être prises lors de la manipulation et l'utilisation de ce kit. Maintenir hors de portée du grand public.
- 7.3 Précautions universelles**
 Aucune méthode de test connue ne permet de garantir complètement que le(s) produit(s) dérivé(s) du sang, du sérum ou du plasma humain utilisé(s) dans les composants de ce kit ne transmettra(ont) pas d'agents infectieux. Tous les produits sanguins doivent être traités comme potentiellement infectieux ; prendre des précautions universelles. Les utilisateurs doivent veiller à utiliser un équipement de protection individuelle (EPI) adéquat, couvrir les coupures ou abrasions cutanées (sur les mains) et suivre les protocoles standard de décontamination des surfaces de travail lorsque l'analyse est terminée. Toujours se laver soigneusement les mains après avoir manipulé les composants de ce kit.
- 7.4 Conditions pour un stockage sans danger (y compris incompatibilités)**
 Pour garantir l'efficacité du kit, le stocker conformément aux instructions figurant sur la notice incluse dans l'emballage.
- 7.5 Incompatibilités**
 Pour garantir l'efficacité du kit, le stocker conformément aux instructions figurant sur la notice incluse dans l'emballage.

Section 8 – Contrôles de l'exposition et protection individuelle

- 8.1 Limites de l'exposition** Aucune donnée disponible pour les composants de ce kit.
- 8.2 Contrôles de l'exposition**
- Mesures techniques Utiliser avec une ventilation adéquate.
- Équipement de protection individuelle
- Protection respiratoire* Inutile dans des conditions normales d'utilisation.
- Protection cutanée* Manipuler avec des gants résistants aux agents chimiques de type approprié. Les gants doivent être inspectés avant utilisation. Utiliser la technique adéquate pour enlever les gants afin d'éviter tout contact avec la peau. Se laver les mains après avoir manipulé les composants de ce kit.
- Protection des yeux* Porter des lunettes de sécurité pourvues de protections latérales ou des lunettes-masque afin d'éviter tout contact avec les yeux.
- Protection corporelle* Porter une protection corporelle adaptée à la tâche. Il est recommandé d'utiliser une blouse de laboratoire.
- Mesures d'hygiène* Se laver les mains avant et après utilisation et à la fin de la journée de travail.
- 8.3 Contrôles de l'exposition environnementale** Aucun contrôle environnemental particulier n'est requis.

Section 9 – Propriétés physiques et chimiques

Caractéristique	Contrôle basse concentration de CIC-C1q	Contrôle haute concentration de CIC-C1q
Point d'ébullition (°C)	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Point de fusion (°C)	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Densité spécifique (H ₂ O = 1)	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Pression de vapeur (mm Hg)	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Densité de vapeur (Air = 1)	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible

Section 9 – Propriétés physiques et chimiques (suite)

Taux d'évaporation (Éther = 1)	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
pH	Neutre	Neutre
Solubilité dans l'eau	Soluble	Soluble
Apparence et odeur	Liquide transparent, légère odeur	Liquide transparent, inodore

Section 10 – Stabilité et réactivité

Caractéristique	Contrôle basse concentration de CIC-C1q	Contrôle haute concentration de CIC-C1q
Stabilité du composant	Stable	Stable
Risque de réaction dangereuse	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Conditions à éviter	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Substances à éviter	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Produits de décomposition dangereux	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible

Section 11 – Propriétés toxicologiques
11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë	Aucune donnée disponible	
Corrosion/irritation cutanée	Aucune donnée disponible	
Sensibilisation cutanée ou respiratoire	Aucune donnée disponible	
Mutagénicité des cellules reproductives	Aucune donnée disponible	
Cancérogénicité	Aucun composant de ce kit présent à des concentrations supérieures ou égales à 0,1 % n'est identifié comme cancérogène probable, possible ou confirmé pour l'homme par l'ACGIH, le CIRC, le NTP ou l'OSHA.	
Toxicité pour la reproduction	Aucune donnée disponible	
Tératogénicité	Aucune donnée disponible	
Toxicité spécifique pour certains organes cibles		
<u>Exposition unique</u> :	Aucune donnée disponible	<u>Exposition répétée</u> : Aucune donnée disponible
Danger en cas d'aspiration	Aucune donnée disponible	
Effets potentiels sur la santé		
<i>Inhalation</i> :	Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. <i>Peau</i> : Peut provoquer une irritation cutanée en cas de contact.	
<i>Ingestion</i> :	Peut être nocif en cas d'ingestion.	<i>Yeux</i> : Peut provoquer une irritation oculaire.

11.2 Signes et symptômes de l'exposition

À notre connaissance, les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques des composants de ce kit n'ont pas fait l'objet d'un examen approfondi.

11.3 Informations supplémentaires Aucun

Section 12 – Informations écologiques

12.1 Toxicité	Aucune donnée disponible
12.2 Persistance et dégradabilité	Aucune donnée disponible
12.3 Potentiel de bioaccumulation	Aucune donnée disponible

Section 15 – Informations réglementaires (suite)
15.3 Réglementations canadiennes - Classification SIMDUT (matière première)

Nom chimique	N° CAS	Classification
--	--	--

15.4 Informations réglementaires supplémentaires
Règlementations/législations en matière de sécurité, de santé et d'environnement spécifiques au mélange

Union européenne - Règlement (CE) n° 1906/2007

Évaluation de la sécurité chimique :

Pas effectuée pour les composants de ce kit.


Classification NFPA du kit :

Danger pour la santé (bleu) : 1

Risque d'incendie (rouge) : 0

Danger de réactivité (jaune) : 0

Dangers spéciaux (blanc) : Aucun


Section 16 – Autres informations

PRÉPARÉ PAR : Quidel Corporation
 12544 High Bluff Drive, Suite 200
 San Diego, CA 92130, États-Unis

REPLACE : 28 juin 2017

RÉVISIONS : Section 15, ajout d'une référence à un règlement de l'UE.

Les informations ci-dessus sont fournies de bonne foi. Elles sont jugées exactes et représentent les meilleures informations dont nous disposons actuellement. Nous n'offrons toutefois aucune garantie quant à la valeur marchande ou l'adéquation à une fin particulière ou de tout autre type, expressément ou implicitement, en ce qui concerne les produits décrits ou données ou informations communiquées, et nous déclinons toute responsabilité liée à l'utilisation de ces produits, données ou informations. Les utilisateurs doivent mener leurs propres recherches pour déterminer la validité des informations pour leurs besoins particuliers, et l'utilisateur assume tous les risques découlant de l'utilisation du produit. L'utilisateur doit se conformer à toutes les lois et réglementations relatives à l'achat, à l'utilisation, au stockage et à l'élimination du produit et il doit connaître et suivre les procédures de sécurité généralement acceptées concernant la manipulation. Quidel ne sera en aucun cas tenu responsable pour toute réclamation, perte ou tout préjudice subi par un particulier ou pour tout manque à gagner ou tout dommage particulier, indirect, consécutif, ou punitif de quelque sorte que ce soit, quelle qu'en soit la cause, même si Quidel a été prévenu de la possibilité de tels préjudices.

SDA013001FR00 (01/18)